

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE INSTRUMENTAIS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICOS.

A Pregoeira no uso de suas atribuições solicita resposta ao questionamento realizado por empresa interessada no certame conforme registrado abaixo:

QUESTIONAMENTO ITENS 31 e 32:

- 1) Prezados os itens 31 e 32 precisam ser revistos pois trata-se de equipamentos diferente e fabricantes diferente, portanto são bobinas diferente para cada fabricante Cristófoli e Dabi. Peça por gentileza que relatem para qual marca é a bobina.

Resposta: Bobina Dabi Atlante para autoclave Dabi Atlante 19L.

QUESTIONAMENTO ITEM 49:

- 2) Por gentileza informar o modelo exato e nº de série do equipamento, principalmente por que algumas peças já não são mais fabricadas a depender do ano de fabricação do equipamento.

Por isso foi ofertado o valor de uma placa para modelo novo.

Resposta: Modelo Dabi Atlante 19L (110V / 127V - 60HZ) série K001102.

QUESTIONAMENTO ITEM 52:

- 3) Com relação a unidade, são 15 metros ou são 15 unidades já com a metragem de fabrica? O Valor colocado foram 15 unidades de 2,10

Resposta: São metros.

QUESTIONAMENTO 55:

- 4) Com relação a unidade, são 15 metros ou são 15 unidades já com a metragem de fabrica?

O Valor colocado foram 15 unidades de 2,10

Resposta: São metros.

QUESTIONAMENTO ITEM 57:

5) Com relação a unidade, são 18 metros ou são 18 unidades já com a metragem de fabrica? O Valor colocado nesta proposta foram de 18 metros.

Resposta: São metros.

QUESTIONAMENTO ITEM 66:

6) Favor informar o modelo exato do equipamento com número de série.

Resposta: Modelo Dabi Atlante 19L (110V / 127V - 60HZ) série K000037 e outro equipamento modelo Dabi Atlante 19L (110V / 127V - 60HZ) de série: K001154.

QUESTIONAMENTO ITEM 91:


7) ITEM REPETIDO IGUAL AO 31 E 32. É PARA REPETIR O LANCE?

Resposta: O item **31** refere-se a bobina solenoide, porém, a voltagem e potência (BOBINA SOLENOIDE 110V. 9W.) é diferente da bobina que consta no item **91** (BOBINA SOLENOIDE 220V / 110V. 17W). O item **32** refere-se a BOBINA SOLENOIDE 220V / 110V. 17W.

QUESTIONAMENTO ITEM 115:

8) ITEM REPETIDO COM O ITEM 8

Resposta: O item 8 refere-se a conjunto eixo pinça reta modelo PR 01, enquanto que o item 115 refere-se a conjunto ponteira sugador de saliva sem regulagem.



Taiane Sacramento Da Silva
Pregoeira